

Інститут ветеринарної медицини НААН	Технологічний регламент з виготовлення і контролю «Набору діагностичного «ГХК-ТЕСТ дуо LAMP» для виявлення РНК вірусу геморагічної хвороби кролів першого та другого генотипів реакцією петльової ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною транскрипцією»	Редакція	1
		Сторінок	22
		Зміна №	
		від	

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НААН**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

В.о. директора  
Інституту ветеринарної медицини НААН,  
кандидат ветеринарних наук, доцент  
**Сергій БОРОВКОВ**

31 жовтня 2025 року



**ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ  
З ВИГОТОВЛЕННЯ І КОНТРОЛЮ  
«НАБОРУ ДІАГНОСТИЧНОГО «ГХК-ТЕСТ ДУО LAMP»  
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РНК ВІРУСУ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ  
КРОЛІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ГЕНОТИПІВ РЕАКЦІЄЮ  
ПЕТЬОВОЇ ІЗОТЕРМІЧНОЇ АМПЛІФІКАЦІЇ  
НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ ЗІ ЗВОРотноЮ  
ТРАНСКРИПЦІЄЮ»**

**РОЗГЛЯНУТО:**


Методичною комісією ІВМ НААН  
– протокол № 02 від 27.10.2025

**СХВАЛЕНО:**

Вченою радою ІВМ НААН –  
протокол № 12 від 28.10.2025

**РОЗРОБЛЕНО:**

Завідувачка лабораторії  
«Науково-дослідний навчальний  
центр діагностики хвороб  
тварин» ІВМ НААН

 Я.П. Криця

Тиражування та/або передавання регламенту третім особам без офіційного дозволу Інституту ветеринарної медицини та Національної академії аграрних наук заборонено.

Київ 2025 рік

Інститут ветеринарної медицини НААН	Технологічний регламент з виготовлення і контролю «Набору діагностичного «ГХК-ТЕСТ дуо LAMP» для виявлення РНК вірусу геморагічної хвороби кролів першого та другого генотипів реакцією петльової ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною транскрипцією»	Редакція	1
		Сторінок	22
		Зміна №	
		від	

УДК 636.92.09:614.251

Технологічний регламент розглянутий методичною комісією (протокол засідання від 27 жовтня 2025 року № 02) та схвалений вченою радою Інституту ветеринарної медицини НААН (протокол засідання від 28 жовтня 2025 року № 12).

**Розробники:** Я.П. Криця, А.А. Меженський, О.А. Тарасов, Н.А. Меженська, Т.В. Сидоренко, Ю.М. Мельничук, Д.С. Шай, А.О. Меженський.

**Рецензент:** Ситюк М.П., доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією вірусних хвороб тварин Інституту ветеринарної медицини НААН.

Криця Я.П., Меженський А.А., Тарасов О.А., Меженська Н.А., Т.В. Сидоренко, Мельничук Ю.М., Шай Д.С., Меженський А.О. Технологічний регламент з виготовлення і контролю «Набору діагностичного «ГХК-ТЕСТ дуо LAMP» для виявлення РНК вірусу геморагічної хвороби кролів першого та другого генотипів реакцією петльової ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною транскрипцією». К., ІВМ НААН, 2025. 22 с.

У технологічному регламенті наведено дані щодо виготовлення і контролю «Набору діагностичного «ГХК-ТЕСТ дуо LAMP» для виявлення РНК вірусу геморагічної хвороби кролів першого та другого генотипів реакцією петльової ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною транскрипцією». Розроблений діагностичний набір пропонується для застосування у діагностичних ветеринарних лабораторіях різних форм власності при лабораторній діагностиці геморагічної хвороби кролів викликаной вірусами першого та/або другого генотипів реакцією петльової ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот зі зворотною транскрипцією.

©ІВМ НААН, 2025